

东莞市环境保护监测所

东莞市建晖纸业有限公司水、气污染源 治理设施在线监测（监控）设备验收意见

编号：[2007]0005


东莞市建晖纸业有限公司：

根据《广东省污染源排放连续自动检测系统验收技术要求》，
我局对你厂排污口（编号：WS-Q5521、FQ-Q5521）所配置的以下
仪器进行验收，结果见下表：

序号	仪器名称	型号	数量(台)	验收情况	验收结果
1	COD水质在线自动监测仪	LFCOD-2002	1	精密度、准确度、检出限、测量范围、线性度等主要指标满足要求，自动监测与实验室方法比对结果具有较好的一致性，环境标准样品测试结果符合保证值要求。	同意验收合格
2	超声波流量计	HBML-3	1	符合计量认证要求	同意验收合格
3	烟气在线自动监测系统	YSB-CEMS	1	精密度、准确度、检出限、测量范围、线性度等主要指标满足要求，自动监测与实验室方法比对结果具有较好的一致性，环境标准样品测试结果符合保证值要求。	同意验收合格
4	视频监控仪	T-V0510	1	视频监控图像正常	同意验收合格
5	数据采集器	T-C0402	1	数据收集、上传测试正常	同意验收合格

希望厂方加强维护，定期委托市环境保护监测站进行密码标准样品考核及比对测试，并对仪器性能定期进行校验，保障自动

监测（监控）设备的正常运转。



二〇〇七年四月九日